Фонарь неактиничный ОНИКО
ФН-2Г
Этикетка ВААЧ.942817.001 ЭТ

1. Фонарь неактиничный ОНИКО (в дальнейшем - фонарь) предназначен для освещения рабочих мест при обработке рентгеновских пленок любой чувствительности в рентгеновских кабинетах медицинских учреждений. При обработке фотоматериалов расстояние до фонаря не ограничивается.

1 Технические характеристики

2.1. Размер освещаемого поля 195x195мм
2.2. Освещенность на расстоянии 20 см .... 10 лк
2.3. Потребляемая мощность .... 1 Вт
2.4. Масса .... 0,7 кг

3. Комплект поставки

3.1.Фонарь - 1 шт.
3.2.Этикетка - 1 шт.

1. Порядок работы

4.1. Вилку шнура питания вставить в розетку.
4.2. Выключить освещение.
4.3. Приступить к обработке рентгеновской пленки.
4.4. По окончании работы выключить фонарь, вынув вилку шнура из розетки.

1. Техническое обслуживание.

5.1. Раз в неделю фонарь протирать от пыли сухой ветошью.
5.2. Раз в месяц проверять целостность вилки и сетевого шнура

1. Правила хранения

Фонарь следует хранить в отапливаемом и вентилируемом хранилище при температуре окружающего воздуха от + 40° до +5° С и относительной влажности 80% при 25° С.

7. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу в течение 1 года при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.
7.2. В течение гарантийного срока изготовитель ремонтирует или заменяет изделие. При замене изделия гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
7.3 Замечания и пожелания по усовершенствованию конструкции просим сообщить по адресу: 04070, г. Киев, ул. Волошская 55/57, т/ф 502-24-45, 417-31-04.

8. Свидетельство о приемке

Фонарь неактиничный ОНИКО ФН-2Г ____62____ признан годным для эксплуатации.
(заводской номер)

Дата выпуска 21.12.2006г.
ОТК ________